

Pregão Eletrônico 24/2025

Esclarecimento I

Prezados,

Em face do pedido de esclarecimento recebido, vimos trazer as seguintes informações a respeito do item 16 - Bisturi Eletrônico Digital :

**1. - Potência do equipamento:**

- \* Qual a potência mínima exigida para o bisturi eletrônico digital (em watts)?
- \* Há exigência de potência diferenciada para corte e coagulação?

A potência mínima exigida é de 100 watts.

Há exigência de potência diferenciada. A intensidade e distribuição do calor através do tecido devem ser mudadas variando-se o modo de operação, Corte, Blend e Coagulação.

**2. Indicação de uso do equipamento:**

- \* O equipamento será utilizado em procedimentos ambulatoriais de pequeno porte ou também em procedimentos cirúrgicos hospitalares de maior complexidade?
- \* Caso seja para uso hospitalar, há alguma exigência quanto à compatibilidade com sistemas de aterramento, segurança elétrica e normas da ANVISA (ex: RDC 751/2022)?

O equipamento será utilizado para pequenas cirurgias e cauterizações ginecológicas a nível ambulatorial.

**3. Acessórios obrigatórios:**

- \* Quais acessórios devem obrigatoriamente acompanhar o equipamento além dos eletrodos? (ex.: cabos, monopolares/bipolares, placas neutras, pedal duplo, suporte, etc.).O “kit de eletrodos” citado no edital deve conter quais itens específicos?

Além do kit de eletrodos, o equipamento deve acompanhar:

- 1 Cabo de placa neutra
- 1 Pedal simples
- 1 Caneta padrão de baixa
- 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)
- 1 Cabo de força

O kit de eletrodos deve conter:

- 1 Eletrodo tipo agulha (85mm)
- 1 Eletrodo tipo alça grande ( $\varnothing = 9,0\text{mm}$ )
- 1 Eletrodo tipo alça pequena ( $\varnothing = 4,5\text{mm}$ )
- 1 Eletrodo tipo bola ( $\varnothing = 2,1\text{mm}$ )
- 1 Eletrodo tipo bola ( $\varnothing = 4,2\text{mm}$ )
- 1 Eletrodo tipo bola ( $\varnothing = 6,0\text{mm}$ )
- 1 Eletrodo tipo bola ( $\varnothing = 7,5\text{mm}$ )
- 1 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm)
- 1 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm)
- 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)

Certos de termos esclarecido as dúvidas apresentadas,  
colocamo-nos à disposição.

Att/

Departamento de Licitação