

Pregão Eletrônico 24/2025

Esclarecimento II

Prezados,

Em atenção ao questionamento apresentado para o item 16 – Bisturi, informamos que a indagação foi encaminhada ao departamento solicitante para emissão de opinião técnica.

O Departamento Solicitante nos informou, após realização de diligências junto a Regional de Saúde ao qual o Município de Divisa Nova faz parte, que desconhece a proibição apontada e afirma a necessidade da placa neutra de inox entre os acessórios do item Bisturi.

Certos de termos esclarecido as dúvidas apresentadas, colocamo-nos à disposição.

Att/  
Departamento de Licitação