

**ESCLARECIMENTO DE EDITAL - PE Nº 18/2025 | PROCESSO 61/2025**

4 mensagens

**Eloá - Cirúrgica União Ltda.** <elo.bonatte@cirurgicauniao.com.br>  
Para: licitacaoluminarias@gmail.com

22 de abril de 2025 às 14:42

Boa tarde! Tudo bem?

Solicito esclarecimento em relação ao edital do pregão 18/2025 de materiais médicos e hospitalares...no item 69 não especifica de qual marca vocês precisam (abaixo o descritivo do item em questão).

69	4	UN	00000145778- DEA - PAS ADULTO E INFANTIL DESARTAVEIS MINIT DEA - PAS ADULTO E INFANTIL DESARTAVEIS MINITOR INTEGRADO
----	---	----	---

Poderiam indicar alguma marca e ou enviar alguma foto por gentileza?

Aguardo retorno. Desde já agradeço!

Att.

---

Eloá Bonatte

Cirúrgica União Ltda.

CNPJ nº 04.063.331/0001-21

Telefone: (19) 3526-1900 / 3533-7000

E-Mail: [elo.bonatte@cirurgicauniao.com.br](mailto:elo.bonatte@cirurgicauniao.com.br)



[cirurgicauniao.com.br](http://cirurgicauniao.com.br)



<https://www.molnlycke.com.br/>

# GRUPO kolplast



kolplast



Vagispec  
kolplast

CellPreserv  
kolplast

## FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

**Licitação** <licitacao@luminarias.mg.gov.br>

Para: Centro de Saúde de Luminárias <centrodesaudedeluminarias@yahoo.com.br>

22 de abril de 2025 às 15:43

### Setor de Licitações

**Adm. 2021/2024.**

### Prefeitura Municipal de Luminárias

**Rua Coronel Diniz, n. 172 - Centro**

Luminárias - MG

CEP:37240-000

Telefone: (35) 3226-1198.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Centro de Saúde de Luminárias** <centrodesaudedeluminarias@yahoo.com.br>

Para: Licitação <licitacao@luminarias.mg.gov.br>, "elo.bonatte@cirurgicauniao.com.br"  
<elo.bonatte@cirurgicauniao.com.br>

22 de abril de 2025 às 16:17

Boa tarde,

Na licitação não podemos definir uma marca para os produtos.

O descritivo do item ficou incompleto o correto seria:

" Desfibrilador Externo Automático (DEA):

- Pás Adulto e Infantil descartáveis e de fácil substituição;
- Monitor integrado ao aparelho indicando o QRS cardíaco e a frequência cardíaca;
- Bateria de longa duração e possível de carregar na rede elétrica;
- Equipamento Bivolt (110/220V)
- Bolsa para transporte do equipamento e
- Pás reserva.

Como parâmetro para a cotação foi tomado como base o aparelho  
DEA Desfibrilador Life 400 Futura - DCU Básico - CMOS

**Maria Bogarim**  
**Enfermeira**  
**PM Luminárias**  
**35 99766-3244**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Centro de Saúde de Luminárias** <centrodesaudedeluminarias@yahoo.com.br>

Para: Licitacaoluminarias <licitacaoluminarias@gmail.com>

23 de abril de 2025 às 14:51

**Maria Bogarim**  
**Enfermeira**  
**PM Luminárias**  
**35 99766-3244**

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** Licitação <[licitacao@luminarias.mg.gov.br](mailto:licitacao@luminarias.mg.gov.br)>

**Para:** Centro de Saúde de Luminárias <[centrodesaudedeluminarias@yahoo.com.br](mailto:centrodesaudedeluminarias@yahoo.com.br)>

**Enviado:** terça-feira, 22 de abril de 2025 às 15:43:49 BRT

**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTO DE EDITAL - PE Nº 18/2025 | PROCESSO 61/2025

[Texto das mensagens anteriores oculto]