



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS
39.320-000

1º ERRATA

Ref. **PROCESSO LICITATÓRIO N° 048/2025**
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ – MG
CNPJ: 18.017.459/0001-63

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UBAÍ.

O Município de Ubaí, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Processo nº. 005/2025.

Para nele fazer constar que:

ONDE SE LÊ:

OXÍMETRO DE PULSO DE MESA CARACTERÍSTICAS: VISOR: LCD COLORIDO DE 7". MODOS. OXÍMETRO DE PULSO DE MESA CARACTERÍSTICAS VISOR LCD COLORIDO DE 7". MODOS DE EXIBIÇÃO DÍGITOS GRANDES, MESA E GRÁFICO. ALARMES SONOROS. BOTÕES LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRILHO, SILENCIAR ALARME, MODO DE EXIBIÇÃO, MENU. LEDS DE INDICAÇÃO FUNCIONAMENTO POR BATERIA E ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME, STATUS DE FUNCIONAMENTO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO, TEM AUTONOMIA DE 4 A 5 HORAS, DEPENDENDO DA FREQUÊNCIA DE USO DO EQUIPAMENTO. VIDA ÚTIL DA BATERIA VARIA DE 2 A 5 ANOS, DEPENDENDO DO USO. PORTA DE REDE PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR. OPÇÕES DE SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL.. SPO2 FAIXA DE LEITURA DE 0 - 100%. FREQUÊNCIA CARDÍACA FAIXA DE LEITURA DE 30 - 250 BPM. DIMENSÕES (L X A X P) 300 X 180 X 129 MM. PESO 2.05 KG. REGISTRO ANVISA 80070219017

LEIA-SE:

OXÍMETRO DE PULSO DE MESA CARACTERÍSTICAS: VISOR: LCD COLORIDO MODOS. MODOS DE EXIBIÇÃO DÍGITOS GRANDES, MESA E GRÁFICO. ALARMES SONOROS. BOTÕES LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRILHO, SILENCIAR ALARME, MODO DE EXIBIÇÃO, MENU. LEDS DE INDICAÇÃO FUNCIONAMENTO POR BATERIA E ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME, STATUS DE FUNCIONAMENTO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO, TEM AUTONOMIA DE 3 A 5 HORAS, DEPENDENDO DA FREQUÊNCIA DE USO DO EQUIPAMENTO. VIDA ÚTIL DA BATERIA VARIA DE 2 A 4 ANOS, DEPENDENDO DO USO. PORTA DE REDE PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR. OPÇÕES DE SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL. SPO2 FAIXA DE LEITURA DE 0 - 100%. FREQUÊNCIA CARDÍACA FAIXA DE LEITURA DE 30 - 250 BPM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ

ESTADO DE MINAS GERAIS
39.320-000

O edital mantenha-se a mesma data de abertura dia 25/08/2025 as 09:00hs

Ubaí-MG, 15 de Agosto de 2025

Julio Cesar Alves Botelho

Pregoeiro Oficial